

272.

Vládní nařízení

ze dne 21. prosince 1937,

jímž se provádí zákon ze dne 10. června 1937,
č. 112 Sb. z. a n., o povinném úředním cejchování
lékařských teploměrů.

Vláda republiky Československé nařizuje
podle zákona ze dne 10. června 1937, č. 112
Sb. z. a n., o povinném úředním cejchování
lékařských teploměrů:

§ 1.

Dovolené druhy.

Jako lékařské teploměry smějí být cejchová-
ny pouze rtuťové teploměry, a to:

- a) tyčinkové,
- b) obalové.

§ 2.

Označení.

(1) Na každém lékařském teploměru musí
být uvedena výrobní značka, schválená
ústředním inspektorátem pro službu cejchovní
a umístěna

- a) u teploměrů tyčinkových přímo na zad-
ní straně kapiláry,
- b) u teploměrů obalových na zadní straně
stupnice.

(2) Mimo výrobní značku může být na
těchž místech uvedeno i jméno a sídlo vý-
robce nebo objednatele teploměru, výrobní
číslo, dále nápisy „maximální“, „minutový“ a
„lékařský teploměr“. Jiná označení, schvá-
lená ústředním inspektorátem pro službu cej-
chovní, mohou být též na jiných místech.

§ 3.

Měrné hodnoty.

Lékařské teploměry musí udávat teplotu
ve stupních mezinárodní stupnice (Celsiovy),
a to v rozsahu nejméně od 35° do 42°.

§ 4.

Výrobní materiál.

(1) K výrobě lékařských teploměrů smí být
použito pouze skla schváleného ústředním in-
spektorátem pro službu cejchovní.

(2) Sklo teploměrů musí být bezbarvé a
průhledné, sklo pak, z něhož jsou vyrobeny
nádoby teploměrů, mimo to takového druhu,
aby deprese nulového bodu při 100° nedosáhla
více než 0'10 a aby se po prvním roce údaje
teploměrů nezměnily stárnutím skla více než
o 0'06°. Sklo smí mít barevnou nitku ozna-
čující jeho druh a světlý smaltový proužek
na zadní straně kapiláry.

(3) Ústřední inspektorát pro službu cej-
chovní zjistí zkouškou, je-li sklo předepsaného
druhu. Za tím účelem je výrobce povinen
k úřednímu vyzvání udati chemické složení
skla i jeho konstanty a předložiti vzorky skla
nebo i teploměr z něho vyrobený se stupnicí
v rozsahu od -2° do +102° C, rozdělenou po
desetinách stupně od -2° do +2° a od +98°
do 102°. Nevyhoví-li výrobce tomuto vyzvání,
odmítne ústřední inspektorát pro službu cej-
chovní cejchování teploměrů vyrobených z ne-
přezkoušeného skla.

§ 5.

Úprava.

(1) Kapilára teploměru musí být přímá,
o stálém průřezu a na čelní straně hranolovitě
tak zesílena, aby jí byl rtuťový sloupec opticky
rozšiřován.

(2) Nádobka teploměru musí mít tvar vál-
ce o průměru nejvýše 5 mm a délce nejvýše
25 mm.

(3) Obalová trubice teploměru musí být
přímá, hladká a na horním konci zatavena.
Nesmí obsahovati volných tělísek ani vlhkosti.

(4) Rtuť teploměru musí být čistá, suchá,
nesmí obsahovati vzduchových bublinek, nouti
ke stěnám kapiláry a v ní se trhati. Meniskus
její musí se tvořiti zcela pravidelně.

(5) Stupnice teploměrová musí být vyryta
nebo vyleptána u teploměrů tyčinkových přímo
na kapiláře, u teploměrů obalových na
deštičce z mléčného skla nebo kovu. Stupnice
musí být rovnoměrně a zřetelně dělena po
desetinách stupně. Dělicí čárky nesmějí být
silnější než pětina nejmenšího dílku stupnice.
Čárky příslušné celým stupňům musí být nej-
delší, čárky příslušné polovinám stupně kratší,
ale opět delší než čárky příslušné desetinám
stupně. Vzdálenost čárek omezujících jeden
stupeň musí být u teploměrů tyčinkových
nejméně 6 mm, u teploměrů obalových nej-
méně 8 mm. Každá čárka příslušná celému
stupni musí být očíslována. U teploměrů
obalových může být očíslování rozděleno po
obou stranách kapiláry. Čárka příslušná 37.

stupni musí býti výrazně (barvou, šipkou a pod.) vyznačena. U obalových teploměrů musí se deštička se stupnicí dotýkati kapiláry po celé její délce a býti s ní i s obalovou trubicí spojena tak, aby se nemohla otřesem posunouti. Její poloha je zajištěna na pravé straně obalové trubice vyrytou nebo vyleptanou čárkou, nejméně 5 mm dlouhou a shodující se s dělicí čárkou 38. stupně. Jiný způsob provedení stupnice povoluje ústřední inspektorát pro službu cejchovní.

(6) Maximální zařízení teploměru musí dovolovati volný pohyb rtuti při stoupající teplotě a zamezovati její samovolný zpětný pohyb při teplotě klesající. Sloupeček rtuti, vyhnáný zahřátím až na 40. stupeň, musí se na odstředivém stroji sraziti pod 36. stupeň silou, jejíž odstředivé zrychlení v místě maximálního zařízení je u obalových teploměrů 220—300 m/sek², u teploměrů tyčinkových 400—420 m/sek².

§ 6.

Úřední cejchování.

(1) Teploměry předložené k cejchování zůstanou uloženy u úřadů po dobu nejméně jednoho měsíce. Ústřední inspektorát pro službu cejchovní může podle vlastností výrobního materiálu tuto dobu zkrátiti nebo i prodloužiti.

(2) Za teploměry při zkoušení poškozené nebo zničené úřad neposkytuje náhrady.

§ 7.

Dovolené úchytky.

(1) Údaje lékařského teploměru ihned po vynětí z lázně nesmějí se lišiti od skutečné teploty lázně více než o $\pm 0^{\circ}10$.

(2) Rozdíl mezi údajem teploměru ihned po vynětí z lázně a údajem po jeho ochlazení (za dobu asi 10 minut) nesmí přesahovati $0^{\circ}10$.

(3) Poklepáním na teploměr nebo jeho otřesem nesmí se údaj teploměru změnit více než o $0^{\circ}10$.

(4) Vloží-li se teploměr do vodní lázně 40° C teplé, musí ukázati tuto teplotu již za 20 vteřin, teploměr označený jako minutový již za 10 vteřin.

§ 8.

Ověření.

Ověření teploměrů se vykonává způsobem, který stanoví ústřední inspektorát pro službu cejchovní.

§ 9.

Cejchovní poplatky.

(1) Poplatek za úřední cejchování lékařského teploměru, je-li předloženo současně alespoň 100 kusů stejného druhu, je 0⁷⁵ Kč za kus, jinak 1 Kč za kus.

(2) Poplatek se platí i za teploměry, které byly uznány při zkoušce za nesprávné.

§ 10.

Závěrečná ustanovení.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr veřejných prací.

Dr. Hodža v. r.

Dr. Krofta v. r.	Dr. Zadina v. r.
Dr. Černý v. r.	Machník v. r.
Dr. Kalfus v. r.	Ing. Nečas v. r.
Dr. Franke v. r.	Dr. Czech v. r.
Dr. Dérer v. r.	Tučný v. r.
Mlčoch v. r.	Dr. Šrámek v. r.
Ing. Dostálek v. r.	Dr. Spina v. r.
Zajiček v. r.	

273.

Vládní nařízení

ze dne 21. prosince 1937

o použití převodních částek veřejnoprávního pojištění (zaopatření) ve službě vyňaté z pojistné povinnosti pensijní.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 114, odst. 4 a § 115, odst. 6 a 8 zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, podle § 17, odst. 2 a 4 zákona ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb. z. a n., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření děle sloužících, podle § 8, odst. 3 vládního nařízení ze dne 9. února 1933, č. 33 Sb. z. a n., o pensijním pojištění zaměstnanců soukromých drah,